

### Inleiding

Om vast te stellen of een materiaal in uw woning asbesthoudend is, moet het worden bemonsterd.

Het bewerken van asbesthoudende materialen is bij wet verboden. Dat is ook logisch vanwege de risico's. Het bemonsteren van asbestverdachte materialen is van dit verbod uitgezonderd. U mag het dus ook zelf doen. In deze instructie leggen wij u uit hoe u dat veilig kunt doen.

### Uitgangspunten

- > Bij het bemonsteren mogen eventuele asbestvezels liever niet in de lucht komen. Dan kunt u ze inademen.
- > U wilt het asbest ook niet aan uw handen krijgen of de omgeving verontreinigen.
- > We willen voorkomen dat er bij het transport of bij ontvangst iets misgaat, waardoor bijvoorbeeld de mensen op het postkantoor blootgesteld worden.

Als we deze drie uitgangspunten in de gaten houden, dan is het risico voor u en de omgeving verwaarloosbaar.

### Voordat u begint



Mocht u golfplaten hebben met een dergelijk nummer: de inslag NT staat voor Nieuwe Technologie. Dit zijn asbestvrije platen.

## Benodigheden

### Een vuilniszak



Hiermee beschermt u de vloer onder de plek waar u gaat bemonsteren. Zo netjes als op de foto hoeft natuurlijk niet. Maar er moeten geen restanten in de vloerbedekking of tussen naden terechtkomen.

### Doorzichtige monsterzakjes



Hier gaat het stukje materiaal straks in. Maak deze vooraf even open. Het monstertje moet natuurlijk in het zakje passen en dus niet te groot worden. 1x1 cm is al genoeg. Minder liever niet.

### Tape



Brede tape is erg handig. Plak dit bijvoorbeeld direct onder de plek waar u het monster afbreekt, afsteekt of afschraapt. De stukjes vallen op de tape en kunt u meesturen.

### Een tangetje



Een schroevendraaier of mesje kan ook.

### Plastic wegwerphandschoenen



Geen handschoenen? Dan direct na het werk goed de handen wassen!

### Vochtige toiletdoekjes




Het ideale spul om snel gereedschap en uw handen mee schoon te maken.

# Bemonsteren in 12 stappen



**1** Kijk of er een beschadiging in het asbestverdachte materiaal zit. Vaak zit er al een scherfje los of liggen er zelfs al brokken materiaal los. Dan bent u snel klaar.



**2** Raak het materiaal liever niet aan. De handen raken hierdoor 'besmet'. Gebruik gereedschap en handschoenen.

**!** Geen handschoenen? Voorkom verspreiding: was je handen na afloop.



**3** Zoek een plek waar u gemakkelijk een stukje kan afsteken of afbreken.



**4** Zachte en poreuze materialen kunt u het beste vochtig maken. Gebruik hiervoor water en een plantenspuit. Het water trekt in het materiaal en eventuele asbestvezels komen niet gemakkelijk in de lucht. Pas op met elektriciteit!



**5** Doe het monsterzakje waarin het monster gaat alvast open.



**6** Breek een stukje af met een tangetje. Ongeveer 1x1 cm is voldoende. De minste vezels komen vrij als u het voorzichtig doet of na bevochtiging.

**!** Adem de vezeltjes niet in, houd enige afstand.



**7** Als u een stukje materiaal heeft bemonsterd, stop het dan in het monsterzakje.



**8** Zorg dat er niet te veel lucht in het zakje zit en sluit het goed. Als het zakje bol staat zou het kunnen knappen bij de post.

**i** Verpak het zakje nogmaals in het tweede zakje.




**9** Maak uw handen en het gereedschap schoon. Daar kunt u de toiletdoekjes voor gebruiken. Gebruikte toiletdoekjes mag u weggooien of in het zakje stoppen en meesturen met het monster.



**10** Haal de vloerbescherming weg. Het werkt erg goed als u de vuilniszak voorzichtig van een kant af oprolt. Gooi het geheel bij het grijsafval weg.

**!** Doe dit voorzichtig, zodat eventuele restanten er niet afvallen.



**11** Gebruik géén stofzuiger om op te ruimen. De stofzuiger verspreidt juist de hele kleine asbestvezeltjes. Reinig eventueel de vloer met een natte doek of dweil, die u daarna weggooit of goed uitspoelt.



**12** Schrijf op het zakje uw naam en adresgegevens. Stop het dubbelverpakte materiaal in de witte enveloppe. Plak deze dicht en stuur het naar ons op:

**!** H.J.E. Wenckebachweg 120  
1114 AM Amsterdam

## Resultaten van de analyse

Nadat het monster is geanalyseerd krijgt u van ons een analysesresultaat via email. Op dit analysecertificaat staat of het monster asbest bevat, de soort asbest (er zijn er zes) en de concentratie. Deze analyse doen we conform NEN5896, zoals bij wet is voorgeschreven.

## Is er asbest geconstateerd?

Voor u is vooral van belang of de asbest er wél of niet in zit. Als er wél asbest in het monster zit dan betekent dat verder niet zo veel, alleen dat u er niet meer aan moet komen. Mocht het materiaal bijvoorbeeld onder de trap zitten, dan wordt het door de trillingen wel 'beroerd'. Ook als het ernstig

beschadigd is adviseren wij u daar door een deskundig bedrijf naar te laten kijken.

## Regels bij asbest verwijderen

Om het asbest te mogen weghalen is altijd een sloopmelding nodig. U hoort dan ook of u het eventueel zelf mag doen of dat een asbestsaneerder moet worden ingeschakeld. De arboret schrijft voor dat een asbestsaneerder alleen aan de gang kan als alle (asbest)risico's goed in kaart zijn gebracht door een asbestinventarisatiebureau. Het analysesresultaat dat u heeft is dan niet meer voldoende. Wij doen dergelijke onderzoeken niet: wij zijn goed in analyses en richten ons alleen daarop.

## Disclaimer

Wij hebben u zo goed mogelijk willen helpen door in dit stuk te beschrijven hoe u de bemonstering veilig uit kunt voeren. Wij kunnen niet garanderen dat u het goed en veilig uitvoert en wijzen de aansprakelijkheid af voor als het misgaat. Aan deze tekst kunt u geen rechten ontleenen.

Eurofins Omegam B.V.  
H.J.E. Wenckebachweg 120  
1114 AD Amsterdam  
Nederland  
CSOmegam@eurofins.com  
KvK: 34215654  
BTW: 813967132

